



Zertifikat

Ringversuch vom 21.03.2012 (März - 2012)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
(vormals Hämometerprüfstelle)
Übier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

KAPILLARZONENELEKTROPH. (102):	Albumin (elpho.)	a1-Globuline
a2-Globuline	Beta-Globuline	Gamma-Globuline

3786
UCM
united clinic management GmbH
Frau Koneberg / -Labor-
Germeringer Str. 32
82152 Planegg



Düsseldorf, der 10.04.2012

Spangl C. Spannagl
Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)
Dr. med. Christoph Niederau
(Ringversuchsleiter)

Instand e.V. Ringversuche

März - 2012
Ergebnisausdruck

Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

3786 UCM united clinic management GmbH, Planegg

Seite 1
4.4.2012

Kapillarzonenelektroph. (102) (Dr. med. Christoph Niederau)		Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)	
Albumin (elpho.) % R.SB	134 SB	21	61.70	61.5	52.8 - 70.2	0	
		22	50.00	49.4	42.4 - 56.4	1 +	
a1-Globuline % R.SB	134 SB	21	4.50	4.40	3.08 - 5.72	2	
		22	3.20	3.40	2.38 - 4.42	-6 +	
a2-Globuline % R.SB	134 SB	21	9.30	9.20	6.44 - 12.0	1	
		22	7.50	7.30	5.11 - 9.49	3 +	
Beta-Globuline % R.SB	134 SB	21	10.80	10.7	7.48 - 14.0	1	
		22	8.50	8.40	5.87 - 11.0	1 +	
Gamma-Globuline % R.SB	134 SB	21	13.70	14.2	9.65 - 18.8	-4	
		22	30.80	31.6	21.4 - 41.8	-3 +	

** BRAVO **

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche