



Zertifikat

Ringversuch vom 27.01.2016 (Januar - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

KAPILLARZONENELEKTROPH. (102):

a2-Globuline

beta-Globuline

Albumin (elpho.)
Gamma-Globuline

a1-Globuline

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Labordiensten e. V.
Ubiar - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert
nach DIN EN ISO / IEC 17043,
die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage D-EP-15027-02
festgelegten Umfang.

3786
UCM

united clinic management GmbH
Frau Koneberg / -Labor-
Germeringer Str. 32
82152 Planegg



Düsseldorf, der 22.02.2016

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. med. Christoph Niederau
(Ringversuchsleiter)

Instand e.V. Ringversuche

Januar - 2016

Ergebnis Ausdruck

 Ubier - Str. 20 / PF 250211
 40223 / 40093 Düsseldorf
 Tel (0211) 159213 - 0
 FAX (0211) 159213 - 30

3786 UCM united clinic management GmbH, Planegg

22.2.2016

Kapillarzonenelektroph. (102) (Dr. med. Christoph Niederau)		Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)	
Albumin (elpho.) % R.SB	134 SB	11	62.50	60.8	52.3 - 69.3	3 +	
		12	50.20	49.5	42.6 - 56.4	1	
a1-Globuline % R.SB	134 SB	11	3.90	4.07	2.85 - 5.29	-4 +	
		12	3.50	3.47	2.43 - 4.51	1	
a2-Globuline % R.SB	134 SB	11	9.60	9.48	6.64 - 12.3	1 +	
		12	7.70	7.51	5.26 - 9.76	3	
beta-Globuline % R.SB	134 SB	11	10.30	11.1	7.77 - 14.4	-7 +	
		12	8.10	8.66	6.06 - 11.3	-6	
Gamma-Globuline % R.SB	134 SB	11	13.70	14.5	9.86 - 19.1	-6 +	
		12	30.50	30.9	21.0 - 40.8	-1	

** BRAVO **

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Dr. med. Christoph Niederau, Leopoldstr. 10 44147 Dortmund

Tel.: +49 231 860 270 Fax: +49 231 860 272810 Email: christoph.niederau@labor-dortmund.de