

Ringversuch: **HAVimm1/19**
im Monat: **März 2019**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
ausgestellt am: **30.03.19**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Würmtal diagnostics GbR
Labor - 2. Stock
Kd. Nr. 0003333
Fraunhoferstr 11a
82152 Martinsried



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 8. Mai 2019

Zertifikat

Wir bestätigen, daß Sie am Ringversuch zur HAV Serologie teilgenommen haben.

Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

Anti-HAV IgM
Anti-HAV total

W. J. Geilenkeuser *Dr. A. Kessler*

Das Zertifikat ist gültig bis einschliesslich März 2020

http://www.rfb.bio/cgi/certificate?tr=0003333&rv_id=HAV/imm_191&version=0&uid=4E738FDD030446C8A01F98D3AF19CEBE

HAV Serologie 1/19 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion
Probe 2	Negativkontrolle
Probe 3	Negativkontrolle
Probe 4	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion

Anti-HAV IgG

Erfolgsquote 67/68 => 98 %	Benutzte Systeme:	n(r)	n(br)	n(f)
	Abbott(4)	Architect(1)	41	1
	Roche(30)	Cobas(5)	9	
	Abbott(4)	Alinity(38)	8	
	Beckman Coulter(13)	Access(23)	2	
	Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	2	
	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	1	
	Siemens Healthineers (Advia)(40)	Centaur(4)	1	
	Siemens Healthineers (Atellica)(43)	Atellica(39)	1	
	Andere(99)	keines/anderes(99)	1	

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	67	0	1
Probe 2	1	0	67
Probe 3	0	0	68
Probe 4	68	0	0

Anti-HAV IgM

Erfolgsquote 218/218 => 100 %	Benutzte Systeme:	n(r)	n(br)	n(f)
	Roche(30)	Cobas(5)	104	
	Abbott(4)	Architect(1)	37	
	Siemens Healthineers (Advia)(40)	Centaur(4)	29	
	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	13	
	Abbott(4)	Alinity(38)	7	
	Roche(30)	Elecsys(6)	7	
	Beckman Coulter(13)	Access(23)	5	
	BioMerieux(21)	Vidas(10)	4	
	Siemens Healthineers (Atellica)(43)	Atellica(39)	3	
	Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	2	
	Roche(30)	Modular(13)	2	
	DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	2	
	Euroimmun(5)	Mini Vidas(30)	1	
	Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1	
	Siemens Healthineers (Advia)(40)	Atellica(39)	1	

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	218 ●
Probe 2	0	0	218 ●
Probe 3	0	0	218 ●
Probe 4	0	0	218 ●

Anti-HAV total

Erfolgsquote 171/175 => 97 %	Benutzte Systeme:	n(r)	n(br)	n(f)
	Roche(30)	Cobas(5)	102	4
	Siemens Healthineers (Advia)(40)	Centaur(4)	33	
	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	15	
	Roche(30)	Elecsys(6)	6	
	Beckman Coulter(13)	Access(23)	3	
	BioMerieux(21)	Vidas(10)	3	
	Roche(30)	Modular(13)	3	
	Siemens Healthineers (Atellica)(43)	Atellica(39)	2	
	Euroimmun(5)	Mini Vidas(30)	1	
	Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1	
	Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	1	
	Siemens Healthineers (Advia)(40)	Atellica(39)	1	

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	175 ●	0	0
Probe 2	1	0	174 ●
Probe 3	0	0	174 ●
Probe 4	173 ●	0	1

