

Ringversuch: **HAVimm2/19**
im Monat: **September 2019**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
ausgestellt am: **14.09.19**



Referenzinstitut für Bioanalytik



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 29. Oktober 2019

Zertifikat

Wir bestätigen, daß Sie am Ringversuch zur HAV Serologie teilgenommen haben.

Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

Anti-HAV IgM
Anti-HAV total

Wass. p. Kohse Dr. J. Geilenkeuser A. Kessler

Das Zertifikat ist gültig bis einschliesslich September 2020

http://www.rfb.bio/cgi/certificate?tm=0003333&rv_id=HAV/imm_192&version=0&uid=E6A2131A03414813996E9157AA334D09

HAV Serologie 2/19 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1 Negativkontrolle

Probe 2 Patient mit zurückliegender HAV Infektion

Probe 3 Negativkontrolle

Probe 4 Patient mit zurückliegender HAV Infektion

Anti-HAV IgG

Erfolgsquote 71/75 => 94 % Benutzte Systeme: **n(r) n(br) n(f)**

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	1	0	71
Probe 2	72	0	0
Probe 3	1	0	71
Probe 4	71	0	1

Abbott(4)	Architect(1)	42	1
Roche(30)	Cobas(5)	13	2
Abbott(4)	Alinity(38)	11	
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	2	
Beckman Coulter(13)	Access(23)	2	
Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	2	
Siemens Healthineers (Advia)(40)	Centaur(4)	0	1
Siemens Healthineers (Atellica)(43)	Atellica(39)	1	
Andere(99)	manuell(98)	1	

Anti-HAV IgM

Erfolgsquote 228/232 => 98 % Benutzte Systeme: **n(r) n(br) n(f)**

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	229 ●
Probe 2	1	0	229 ●
Probe 3	0	0	229 ●
Probe 4	1	0	229 ●

Roche(30)	Cobas(5)	110	1
Abbott(4)	Architect(1)	40	
Siemens Healthineers (Advia)(40)	Centaur(4)	27	1
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	13	1
Abbott(4)	Alinity(38)	9	
Roche(30)	Elecsys(6)	7	
● BioMerieux(21)	Vidas(10)	5	1
Beckman Coulter(13)	Access(23)	5	
Siemens Healthineers (Advia)(40)	Atellica(39)	5	
Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	2	
Roche(30)	Modular(13)	2	
Siemens Healthineers (Atellica)(43)	Atellica(39)	2	
DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	2	
Euroimmun(5)	Mini Vidas(30)	1	
Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1	

Anti-HAV total

Erfolgsquote 174/181 => 96 % Benutzte Systeme: **n(r) n(br) n(f)**

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	1	0	176 ●
Probe 2	176 ●	0	2
Probe 3	0	0	178 ●
Probe 4	176 ●	0	2

Roche(30)	Cobas(5)	102	3
Siemens Healthineers (Advia)(40)	Centaur(4)	31	
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	14	1
Beckman Coulter(13)	Access(23)	5	
Roche(30)	Elecsys(6)	5	
Siemens Healthineers (Advia)(40)	Atellica(39)	4	1
● BioMerieux(21)	Vidas(10)	4	
Roche(30)	Modular(13)	3	
DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	2	
Abbott(4)	Architect(1)	1	
Euroimmun(5)	Mini Vidas(30)	1	
Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1	
Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	1	
Roche(30)	keines/anderes(99)	0	1
Siemens Healthineers (Atellica)(43)	Atellica(39)	0	1

