

Ringversuch: **MRSA Screening 1/15**
im Monat: **Mai 2015**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
ausgestellt: **23.05.15**



Referenzinstitut
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Würmtal diagnostics GbR
Labor - 2. Stock
Kd. Nr. 0003333
Fraunhoferstr 11a
82152 Martinsried



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. R. Kruse
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, den 09.07.15

Zertifikat

Wir bestätigen, daß Sie am Ringversuch für MRSA-Screening teilgenommen haben.
Sie haben alle 4 Proben richtig bestimmt.

Identifikation von MRSA

Wass. p. hahn *Rogner* *W. J. Geilenkeuser*

Das Zertifikat ist gültig bis einschliesslich Mai 2016

http://www.dgkl-rfb.de/cgi/certificate?ln=0003333&v_id=MRSA_scre_151&version=0&uid=E568D82D276D4448889E32C71B3DDC81

MRSA Screening 1/15 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Screening-Ergebnisse	Zusatzresultat	Nachweismethoden						
<table border="1"><thead><tr><th>pos</th><th>neg</th><th>fragl</th></tr></thead><tbody><tr><td>26 ●</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	pos	neg	fragl	26 ●	0	0	S. aureus(8)	Selektiv-Agar (bioMerieux)(6) Selektiv-Agar (Bio-Rad)(4) Andere(4) Selektiv-Agar (Oxoid)(4) Selektiv-Agar (Becton Dickinson)(2)
pos	neg	fragl						
26 ●	0	0						
<table border="1"><tbody><tr><td>0</td><td>26 ●</td><td>0</td></tr></tbody></table>	0	26 ●	0	Koagulase-neg. Staphylokokken(5) S. hominis(5)				
0	26 ●	0						
<table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td>25 ●</td><td>0</td></tr></tbody></table>	1	25 ●	0	Koagulase-neg. Staphylokokken(5) S. epidermidis(3) S. hominis(2)				
1	25 ●	0						
<table border="1"><tbody><tr><td>26 ●</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	26 ●	0	0	S. aureus(8)				
26 ●	0	0						

