



Zertifikat

Ringversuch vom **03.09.2014** (August - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

KAPILLARZONENELEKTROPH. (102):
a2-Globuline

Beta-Globuline

Albumin (elpho.)
Gamma-Globuline

a1-Globuline

INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

3786
UCM
united clinic management GmbH
Frau Koneberg / -Labor-
Germeringer Str. 32
82152 Planegg

Düsseldorf, der 18.09.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)
Dr. med. Christoph Niederau
(Ringversuchsleiter)



Instand e.V. Ringversuche

August - 2014

Ergebnisausdruck

 Ubier - Str. 20 / PF 250211
 40223 / 40093 Düsseldorf
 Tel (0211) 159213 - 0
 FAX (0211) 159213 - 30

3786 UCM united clinic management GmbH, Planegg

18.9.2014

Kapillarzonenelektroph. (102) (Dr. med. Christoph Niederau)		Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)	
Albumin (elpho.) %	134 SB	51	61.70	61.1	52.5 - 69.7	1 +	— ρ ○
		R.SB	52	54.40	49.7	42.7 - 56.7	
a1-Globuline %	134 SB	51	4.20	3.99	2.79 - 5.19	5 +	— ○ ± ○
		R.SB	52	3.00	3.22	2.25 - 4.19	
a2-Globuline %	134 SB	51	8.90	9.11	6.38 - 11.8	-2 +	— ○ ρ
		R.SB	52	6.40	7.50	5.25 - 9.75	
Beta-Globuline %	134 SB	51	11.00	11.1	7.77 - 14.4	0 +	— ○ ρ
		R.SB	52	7.00	8.52	5.96 - 11.1	
Gamma-Globuline %	134 SB	51	14.20	14.6	9.93 - 19.3	-3 +	— ○ ρ
		R.SB	52	29.20	31.0	21.1 - 40.9	

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Dr. med. Christoph Niederau, Leopoldstr. 10 44147 Dortmund

Tel.: +49 231 860 270 Fax: +49 231 860 272810 Email: christoph.niederau@labor-dortmund.de