

Ringversuch: **HAVimm1/25**
im Monat: **März 2025**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
Gültig ab: **22.03.25**



Seite 1 von 2

Würmtal diagnostics GbR
Labor - 2. Stock
Kd. Nr. 0003333
Fraunhoferstr 11a
82152 Planegg-Martinsried



Bonn, 16. Mai 2025

Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur HAV Serologie teilgenommen haben.
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2026.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

Anti-HAV IgM Anti-HAV total

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Dr. Stefanie Gemein
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 16.05.25 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

HAV Serologie 1/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion
Probe 2	Negativkontrolle
Probe 3	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion
Probe 4	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion

Anti-HAV IgG

Erfolgsquote 76/78 => 97 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Abbott(4)	Alinity(38)		37		1
Probe 1	77	0	1	Abbott(4)	Architect(1)		21		
Probe 2	0	0	78	Roche(30)	Cobas(5)		8		1
Probe 3	77	0	1	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)		2		
Probe 4	76	0	2	Roche(30)	Elecsys(6)		2		
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)		2		
				Abbott(4)	andere(99)		1		
				Beckman Coulter(13)	Access(23)		1		
				Beckman Coulter(13)	andere(99)		1		
				Beckman Coulter / AU Serie(38)	Centaur(4)		1		

Anti-HAV IgM

Erfolgsquote 241/243 => 99 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)		121		2
Probe 1	0	0	243 ●	Abbott(4)	Alinity(38)		37		
Probe 2	0	0	243 ●	Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)		21		
Probe 3	2	0	241 ●	Abbott(4)	Architect(1)		20		
Probe 4	1	0	242 ●	Siemens Healthin. (ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)		10		
				Beckman Coulter(13)	UniCel(11)		8		
				Roche(30)	Elecsys(6)		7		
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)		3		
				Beckman Coulter(13)	Access(23)		2		
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)		2		
				Abbott(4)	andere(99)		1		
				Euroimmun(5)	Architect(1)		1		
				Beckman Coulter(13)	andere(99)		1		
				bioMerieux(21)	Vidas(10)		1		
				bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)		1		
				Roche(30)	Modular(13)		1		
				Roche(30)	Mini Vidas(30)		1		
				Roche(30)	Atellica(39)		1		
				Beckman Coulter / AU Serie(38)	Centaur(4)		1		
				Andere, others(99)	andere(99)		1		

Anti-HAV total

Erfolgsquote 186/191 => 97 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)		124		5
Probe 1	191 ●	0	0	Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)		17		
Probe 2	2	0	189 ●	Siemens Healthin. (ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)		13		
Probe 3	189 ●	0	2	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)		8		
Probe 4	189 ●	0	2	Roche(30)	Elecsys(6)		6		
				Abbott(4)	Alinity(38)		4		
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)		4		
				Beckman Coulter(13)	Access(23)		3		
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)		2		
				Beckman Coulter(13)	andere(99)		1		
				bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)		1		
				Roche(30)	Modular(13)		1		
				Roche(30)	Mini Vidas(30)		1		
				Andere, others(99)	andere(99)		1		