

Ringversuch: **HAVimm2/25**
im Monat: **September 2025**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
Gültig ab: **27.09.25**



Seite 1 von 2

Würmtal diagnostics GbR
Labor - 2. Stock
Kd. Nr. 0003333
Fraunhoferstr 11a
82152 Planegg-Martinsried



Bonn, 12. November 2025

Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur HAV Serologie teilgenommen haben.
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2026.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

Anti-HAV IgM Anti-HAV total

Handwritten signature of Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse in blue ink.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Handwritten signature of Dr. Anja Kessler in blue ink.

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Handwritten signature of Dr. Stefanie Gemein in blue ink.

Dr. Stefanie Gemein
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 12.11.25 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

HAV Serologie 2/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion
Probe 2	Negativkontrolle
Probe 3	Negativkontrolle
Probe 4	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion

Anti-HAV IgG

Erfolgsquote 73/75 => 97 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Abbott(4)	Alinity(38)	39		1	
Probe 1	74	0	1	Abbott(4)	Architect(1)	17			
Probe 2	0	0	75	Roche(30)	Cobas(5)	8		1	
Probe 3	0	0	75	Roche(30)	Elecsys(6)	2			
Probe 4	73	0	2	Abbott(4)	andere(99)	1			
				Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	1			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	1			
				Beckman Coulter / AU Serie(38)	Centaur(4)	1			
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	1			
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	1			

Anti-HAV IgM

Erfolgsquote 243/244 => 99 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)	129			
Probe 1	0	0	244 ●	Abbott(4)	Alinity(38)	38			
Probe 2	0	0	244 ●	Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	21			
Probe 3	0	0	244 ●	Abbott(4)	Architect(1)	15			
Probe 4	0	0	243 ●	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	8			
				Roche(30)	Elecsys(6)	8			
				Siemens Healthin. (ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	8			
				bioMerieux(21)	Vidas(10)	2			
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	2			
				Abbott(4)	andere(99)	1			
				Ortho Clinical Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	1			
				Beckman Coulter(13)	andere(99)	1			
				bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	1			
				Roche(30)	Modular(13)	1			
				Roche(30)	Mini Vidas(30)	1			
				Roche(30)	Atellica(39)	0		1	
				Roche(30)	andere(99)	1			
				Beckman Coulter / AU Serie(38)	Centaur(4)	1			
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1			
				Andere, others(99)	andere(99)	1			

Anti-HAV total

Erfolgsquote 198/199 => 99 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)	135			
Probe 1	199 ●	0	0	Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	18			
Probe 2	1	0	198 ●	Siemens Healthin. (ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	10		1	
Probe 3	1	0	198 ●	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	9			
Probe 4	199 ●	0	0	Roche(30)	Elecsys(6)	7			
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	4			
				Abbott(4)	Alinity(38)	3			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	3			
				Andere, others(99)	andere(99)	2			
				Ortho Clinical Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				bioMerieux(21)	Vidas(10)	1			
				bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	1			
				Roche(30)	Modular(13)	1			
				Roche(30)	Mini Vidas(30)	1			
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1			