

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.11.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (530):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia trachomatis (R: B3)

Neisseria gonorrhoeae (R: B3)


(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10013786  
Dr. Ziyad Hussein  
Würmtal Diagnostics  
Fraunhoferstr. 11a  
82152 Martinsried

Düsseldorf, 02.12.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl  
(Ringversuchsleiter)

# TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 08.11.2024

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

## Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (530):


Chlamydia trachomatis (R: B3)

Neisseria gonorrhoeae (R: B3)


(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10013786  
Dr. Ziyad Hussein  
Würmtal Diagnostics  
Fraunhoferstr. 11a  
82152 Martinsried

Düsseldorf, 02.12.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl  
(Ringversuchsleiter)



## Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10013786: Dr. Ziyad Hussein  
Würmtal Diagnostics

Ringversuch vom 08.11.2024

Ringversuchsleiter:

**Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl**

Institut für Klinische Mikrobiologie und Hygiene  
Universitätsklinikum Regensburg  
Franz-Josef-Strauß-Allee 11  
93053 Regensburg

Tel.: +49 941 944 6450

Fax: +49 941 944 6451

Mail: udo.reischl@instand-ringversuch.de

530

## Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae

### Chlamydia trachomatis

Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
(1)	530A-241015-01	positiv (61)	positiv (61)	SW		+
(1)	530A-241015-02	positiv (61)	positiv (61)	SW		+
(1)	530A-241015-03	negativ (62)	negativ (62)	SW		+
(1)	530A-241015-04	positiv (61)	positiv (61)	SW		+

### Neisseria gonorrhoeae

Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
(1)	530A-241015-01	positiv (61)	positiv (61)	SW		+
(1,2)	530A-241015-02	negativ (62)				
(1)	530A-241015-03	positiv (61)	positiv (61)	SW		+
(1)	530A-241015-04	negativ (62)	negativ (62)	SW		+

nur edukativ

- (1) Zum Erhalt eines Zertifikats müssen mind. 3 von 4 Proben als richtig bestimmt sein (edukativ klassifizierte Proben wurden dabei nicht berücksichtigt).  
 (2) Diese Probe geht nicht in die Bewertung ein (edukativ). Für mehr Informationen, siehe Bericht des Ringversuchsleiters.



## Individuelle Gesamtübersicht

10013786: Dr. Ziyad Hussein  
Würmtal Diagnostics

Ringversuch vom 08.11.2024

530

### Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae

#### Chlamydia trachomatis (N = 298, Bestehensquote: 98%)

Probe 530A-241015-01

Kollektiv	positiv (61)	negativ (62)	gesamt
alle Teilnehmer	296 ●	2	298

Probe 530A-241015-02

Kollektiv	positiv (61)	gesamt
alle Teilnehmer	298 ●	298

Probe 530A-241015-03

Kollektiv	positiv (61)	negativ (62)	gesamt
alle Teilnehmer	3	295 ●	298

Probe 530A-241015-04

Kollektiv	positiv (61)	negativ (62)	gesamt
alle Teilnehmer	297 ●	1	298

Der Punkt entspricht dem korrekten Ergebnis, der horizontale Balken entspricht Ihrer Angabe, der vertikale Balken entspricht Ihrem Kollektiv

#### Neisseria gonorrhoeae (N = 297, Bestehensquote: 96,6%)

Probe 530A-241015-01

Kollektiv	positiv (61)	negativ (62)	gesamt
alle Teilnehmer	293 ●	4	297

Probe 530A-241015-02 nicht bewertet

Probe 530A-241015-04

Kollektiv	positiv (61)	negativ (62)	fraglich (63)	gesamt
alle Teilnehmer	5	291 ●	1	297

Probe 530A-241015-03

Kollektiv	positiv (61)	negativ (62)	gesamt
alle Teilnehmer	295 ●	2	297

Der Punkt entspricht dem korrekten Ergebnis, der horizontale Balken entspricht Ihrer Angabe, der vertikale Balken entspricht Ihrem Kollektiv